


KETOS - RING

Měrka ke kontrole zkušebnímu procesu při DC magnetizaci pomocným vodičem

- porovnání prášků z hlediska schopnosti detekovat podpovrchové vady
- ASME Code V, 7
- ASTM E 709
- ASTM E 1444



KETOS - BAR

Měrka ke kontrole zkušebnímu procesu při podélné DC magnetizaci

- porovnání prášků z hlediska schopnosti detekovat podpovrchové vady
- MIL STD 271



INDIKÁTOR POLE

- Kontrola orientace magnetického toku a dostatečného zmagnetování
- ASME Code V, 7
- ASTM E 709
- ASTM E 1444



MĚRKA BERTHOLDOVA

- Kontrola orientace magnetického toku a dostatečného zmagnetování



MĚRKA MTU 3

Test Block Nr. 1 - EN ISO 9934 - 2

- Kontrola jakosti/vyčerpání suspenze
- porovnání prášků/suspenzí z hlediska schopnosti detekovat jemné trhliny

